

La place du TV10 en cabinet privé

Pendant trois semaines, j'ai essayé sur différentes pathologies l'**appareil TV10** de la société **EUREDUC**. Il s'agit d'un système permettant une aspiration des téguments plus ou moins importante grâce à des ventouses transparentes. Il est possible de régler l'intensité de la dépression de 0.05 à 0.9 bars mais aussi la fréquence entre 2 temps d'aspiration (haute et basse). Les différents réglages sont rapides et faciles à effectuer.

L'intensité des aspirations est visualisée à la fois grâce à un cadran gradué sur lequel se déplace une aiguille, mais aussi grâce à la transparence des ventouses ce qui permet de visualiser l'aspiration des téguments, enfin avec un peu d'expérience, il est possible en tractant sur la ventouse de juger de la résistance au déplacement.

Il y a 7 types de ventouses différentes ce qui permet de choisir en fonction de la région à traiter.

L'appareil a toujours été bien accepté par mes patients, et les séances bien tolérées ; il n'y a pas eu d'hématomes, ni de traces suite aux aspirations, tractions et glissements que j'ai effectués (j'ai utilisé l'appareil à sec sur la peau et parfois avec un peu d'huile de massage afin de faciliter le glissement).

Les résultats que j'ai obtenu dans différents domaines ont été rapides et bien ressentis par mes malades.

Les fréquences d'aspiration hautes et basses ont été choisies (lentes pour détendre et drainer), rapides pour décoller les cicatrices ou pour tonifier les muscles, améliorer la circulation sanguine.

Echantillonnage des différentes pathologies traitées :

- 10 Epaules
- 12 Rachis cervicaux
- 12 Rachis lombaires
- 6 Rachis dorsaux
- 2 Pubalgies
- 3 Pieds (fracture , entorses...)
- 3 Coudes
- 1 Genou

- 3 Déchirures musculaires (cuisse + mollet)
- 3 Cicatrices (genou + coude)
- 1 Brûlure par rayons (cou)
- 1 Drainage lymphatique des membres inférieurs

50% EN RHUMATOLOGIE

50% EN TRAUMATOLOGIE

Pour certains, j'ai effectué une seule séance, pour d'autres 2 ou 3 ou 4 jusqu'à 6 pour la brûlure par rayons.

RESULTATS :

- **J'AI PU JUGER DE L'EFFET DRAINANT SUR LES OEDEMES ET HEMATOMES (ENTORSES, DECHIRURES MUSCULAIRES).**
- **DES EFFETS D'HYPERVASCULARISATION DANS LES CICATRICES MUSCULAIRES.**
- **DES EFFETS DEFIBROSANTS DANS LES CICATRICES ET BRULURES PAR RAYONS CE QUI M'A PERMIS DE MOBILISER ET D'ASSOULIR LES TISSUS QUE JE N'AVAIS JAMAIS PU MOBILISER.**

En drainage lymphatique, j'ai effectué 1 traitement lors de la 9° séance avec comme résultat une augmentation du nombre de mictions urinaires la nuit suivante et une sensation d'amélioration pour la patiente.

En conclusion : je pense que le **TV10** est un excellent adjuvant à la rééducation au même titre que la physiothérapie. J'ai pu juger de son efficacité en réflexologie, en rhumatologie, en phlébologie, en traumatologie du sport, dans les suites opératoires.

Ayant 2 appareils déjà à ma disposition en dépression massage couplé à de l'électrothérapie, je peux affirmer que ce procédé est bien supérieur. Il permet grâce à la légèreté des têtes de traitement de garder de bonnes sensations tactiles concernant la qualité des différents tissus traités.

Jean-Luc TESSON (1998)

Kinésithérapeute